

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN

H-115

Fecha de emisión: 2026-08-19
Revisión: 00
No. de Referencia: 26LC1581

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)	Intervalo de medida	Condiciones de medición	Incertidumbre expandida de medida	Patrón de referencia usado en la calibración	Observaciones
Humedad relativa (gases) Higrómetros	Directo por comparación (contra un higrómetro patrón)	(20 a 90) %hr	Medio de generación: Cámara Temperatura ambiente: 20 °C ± 3 °C Temperatura dentro de la cámara (5 a 55) °C volumen útil de la cámara: 150L	(0.96 a 1.34) %hr	Sensor de humedad Marca: Rotronic Modelo: HC2A-IC Fuente de Trazabilidad H-13 - ema / CENAM	Calibración en condiciones de laboratorio (signatarios 1 al 5)*

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios*

1. Alain Vazquez Cid
2. Lilia Juarez Vazquez
3. Miguel Angel González Lorenzana
4. Arturo Aramiz López de la Piedra
5. Rodrigo Roman Moya